

**BANDO ESPLORATIVO N. 169 DEL 31.10.2018  
PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER CATETERE A PALLONCINO  
FORTREX**

**Scadenza il 09.11.2018**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato – aventi specifiche tecniche “equivalenti” a quelle sotto descritte:

1. denominazione dispositivo medico conosciuto: **FORTREX**  
REF: AB35HPXXXXX  
CND: C010402020101  
RDM: 1334680/R
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico: dilatazione di stenosi nelle arterie iliache, femorale, poplitea, infrapoplitea e renali e per le lesioni ostruttive di fistole da dialisi arterovenose native o sintetiche;
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate: catetere a palloncino per angioplastica transluminale composto da catetere a lume doppio che presenta all'estremità distale un palloncino semi-compiante e una punta traumatica rastremata testato per esercitare una forza radiale sufficiente a dilatare segmenti vascolari ristretti ed è composto da catetere in nylon;
4. denominazione del produttore del dispositivo conosciuto : MEDTRONIC

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il 09.11.2018, un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro


Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n. 169 del 31.10.2018).

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitativa e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
5. Costo unitario presunto (desunto da listino)

Il Punto Istruttore  
Sig.ra Rosina Franco



Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Anna Curcio

